



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

DE.C.28.010.A № 47619

Срок действия до 30 июля 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Датчики крутящего момента силы T4A, T4WA-S3, T5

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH" (HBM), Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 50770-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП РТ 1702-2012

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июля 2012 г. № 546

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Е.Р.Петросян

2012 г.

Серия СИ

№ 005962

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Датчики крутящего момента силы T4A, T4WA-S3, T5

Назначение средства измерений

Датчики крутящего момента силы T4A, T4WA-S3, T5 предназначены для измерений статических и динамических малых и средних крутящих моментов силы и скоростей вращения или угла поворота, в широком диапазоне нагрузок.

Описание средства измерений

Принцип действия датчиков крутящего момента силы T4A, T4WA-S3, T5 основан на измерении электрического сигнала разбаланса тензорезисторов, соединенных в мостовую схему и расположенных на чувствительных элементах. Электрические сигналы разбаланса далее поступают в измерительный усилитель, где осуществляется их преобразование и обработка, с выводом значений на устройство индикации.

Конструктивно датчики крутящего момента силы T4A, T4WA-S3, T5 выполнены в неразборном корпусе специальной формы, являющимся статором, внутри которого вращается чувствительный элемент в форме гладкого цилиндрического вала, являющийся ротором. Встроенные опорные подшипники позволяют использовать датчики крутящего момента силы T4A, T4WA-S3, T5 в качестве опорного узла, что упрощает конструкцию измерительной системы. Для устранения малых паразитных нагрузок и упрощения монтажа, датчики крутящего момента силы T4A, T4WA-S3, T5 могут комплектоваться стандартными сильфонными компенсационными муфтами.

В датчиках крутящего момента силы T4WA-S3 имеется система измерения скорости вращения или угла поворота ротора датчика. Измерения крутящего момента силы могут выполняться в любых направлениях вращения.

Конструкция корпуса датчиков крутящего момента силы T4A, T4WA-S3, T5 обеспечивает ограничение доступа к определенным частям в целях предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений.

Датчики крутящего момента силы T4A, T4WA-S3, T5 работают в комплексе с измерительными усилителями фирмы "Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH", MGCplus, QuantumX, PME.

Общий вид датчиков крутящего момента силы T4A и T4WA-S3 представлен на рисунке 1.



Рисунок 1. Общий вид датчиков крутящего момента силы T4A и T4WA-S3

Общий вид датчика крутящего момента силы T5 представлен на рисунке 2.



Рисунок 2. Общий вид датчика крутящего момента силы T5

Метрологические и технические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики	
	T4A, T4WA-S3	T5
Номинальные значения измерений крутящего момента силы, Н·м (Рном)	± 5 ± 10 ± 20 ± 50 ± 100 ± 200 ± 500 ± 1000	± 10 ± 20 ± 50 ± 100 ± 200
Пределы приведенной погрешности измерений крутящего момента силы, %:	$\pm 0,1$ $\pm 0,2$ (для ± 5 Н·м)	$\pm 0,1$
Максимально допустимая скорость вращения ротора датчика, мин ⁻¹	4000	4000
Пределы относительной погрешности измерений скорости вращения ротора датчика, %	$\pm 0,1$	---
Диапазон напряжений питания, В	$0,5 \div 12$	$0,5 \div 12$
Рабочий температурный диапазон, °C	$-10 \div +60$	$-10 \div +60$

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку, находящуюся на боковой поверхности корпуса датчика крутящего момента силы Т4А, Т4WA-S3, Т5 в виде наклейки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

- датчик крутящего момента силы Т4А, Т4WA-S3, Т5;
- руководство по эксплуатации (РЭ);
- методика поверки (приложение к РЭ).

Поциальному заказу поставляются:

- клеммная коробка;
- кабели;
- сильфонные муфты;
- измерительный усилитель.

Проверка

Проверка датчиков крутящего момента силы Т4А, Т4WA-S3, Т5 осуществляется в соответствии с документом МП РТ 1702-2012 «Датчики крутящего момента силы Т4А, Т4WA-S3, Т5, Т10F, Т11, Т12, Т40, ТВ1А, ТВ2. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» 25 января 2012 года.

Основное поверочное оборудование, в соответствии с ГОСТ 8.541-86 - установки образцовые для поверки СИ крутящего момента силы. Диапазоны измерений ($0,1 \div 1000$) Н·м; пределы относительной погрешности измерений – ($0,05 \div 3$) %. Установки тахометрические, диапазоны измерений ($0,1 \div 4000$) мин⁻¹, пределы относительной погрешности измерений – 0,02 %.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Датчики крутящего момента силы Т4А, Т4WA-S3, Т5. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к датчикам крутящего момента силы Т4А, Т4WA-S3, Т5

ГОСТ 8.541-86 «Государственный первичный эталон и Государственная поверочная схема для средств измерений крутящего момента силы».

Техническая документация фирмы “Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH”, Германия.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- при выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

Фирма «HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK GmbH»
(HBM), Германия
Im Tiefen See 45
64293 Darmstadt
Deutschland
Тел.: 061518 030
Факс: 061518 039 100
Электронная почта: info@hbm.com
<http://www.hbm.com>

Заявитель

ООО «Контрольно-измерительная и Весовая Техника» (ООО «КВТ»)
117218, г.Москва,
ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3, офис 308
Тел./Факс: (495) 229-10-80
Электронная почта: info@hbm.ru
www.hbm.ru

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва»
117418, Москва, Нахимовский пр., 31
Тел.: (499) 129-19-11, факс: (499) 124-99-96,
email: info@rostest.ru
Аттестат аккредитации № 30010-10 от 15.03.2010 г.

Заместитель

Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии

Е.Р.Петросян



2012 г.

